

試験成績書

2020年1月16日
株式会社バイオダイナミクス研究所

製品名: Anti-Cry j 2 rabbit IgG fraction
コード番号: HBL-Ab-2-000
ロット番号: 130704

○検査方法
吸光度を測定

○検査結果

分析項目	規格値	分析結果
濃度 (IgG含量)	500 µg/ml以上	547 µg/ml
備考		