

試験成績書

2020年1月9日

株式会社バイオダイナミクス研究所

製品名: Anti-Cry j 2 mAb T27

コード番号: HBL-Ab-2-T27

ロット番号: 110911

○検査方法

吸光度を測定

○検査結果

分析項目	規格値	分析結果
濃度 (IgG含量)	500 µg/ml以上	556 µg/ml
備考		